

.....
/pieczęć Wykonawcy/

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot przetargu: **Przenośny analizator gazów**

Producent / firma:

Typ:

Rok produkcji:

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5	Oferta Wykonawcy - oferowane parametry
1	2	3	4	5
1.	urządzenie przenośne, oparte na spektrometrii ruchliwości jonów (IMS)	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
2.	umożliwia szybki pomiar i identyfikację nieznaną substancji chemicznych (gazy) należących do grupy bojowych środków trujących, toksycznych środków przemysłowych	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
3.	wyniki analizy (pomiarów) wyświetlane są na wbudowanym w urządzenie wyświetlaczu ciekłokrystalicznym	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
4.	urządzenie umożliwia automatyczną rejestrację wykonywanych analiz (pomiarów)	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
5.	wykrycie skażeń sygnalizuje wizualnie i dźwiękowo	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
6.	umożliwia pracę w odzieży ochronnej lekkiej oraz kombinezonach gazoszczelnych	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
7.	przyrząd nie wymaga okresowych przeglądów ani kalibracji w autoryzowanym serwisie	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
8.	przyrząd wyposażony w akumulator lub baterie wewnętrzne, możliwość zasilania zewnętrznego z zasilacza 100 - 240 VAC	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
9.	czas pracy ciągłej na akumulatorze	min. 2 godz.	Wpisać czas	
10.	zakres wilgotności pracy	min. od 5% - 90%	Wpisać zakres	

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5	Oferta Wykonawcy - oferowane parametry
1	2	3	4	5
11.	zakres temperatur pracy	min. 0 °C - 30 °C	Wpisać zakres	
12.	masa przyrządu bez baterii	max. 4 kg	Wpisać wagę	
13.	wymiary	(dł. x szer. x wys.) max. 450 x 250 x 250 mm	Wpisać wymiary	
14.	urządzenie posiada certyfikaty: certyfikat stałości właściwości użytkowych CE, certyfikat IP 67 lub certyfikat MIL-STD-810G dla odporności na upadki, wstrząsy, wibracje, prace w ekstremalnych temperaturach	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
15.	przyrząd powinien być wyposażony w walizkę (torbę) transportową zabezpieczającą przed uszkodzeniami	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
16.	posiada instrukcję obsługi w języku polskim	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	

.....
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/