

Warszawa, dnia 05. 08. 2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego****WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń rtg do kontroli bagażu, nr sprawy 36/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

**Pytanie:***I Wymiary urządzenia*

- Załącznik 1b do SIWZ, pkt 26 tabeli
- Załącznik 1c do SIWZ, pkt 27 tabeli
- Załącznik 1d do SIWZ, pkt 28 tabeli
- Załącznik 1e do SIWZ, pkt 27 tabeli

„wymiary w położeniu transportowym (bez stołu rolkowego)”

- **prosimy o zmianę maksymalnej, dopuszczalnej długości urządzenia z 1 700 mm na 2 042 mm**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany maksymalnej, dopuszczalnej długości urządzenia z 1 700 mm na 2 042 mm. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:***I Wymiary urządzenia*

- Załącznik 1b do SIWZ, pkt 25 tabeli
- Załącznik 1c do SIWZ, pkt 26 tabeli
- Załącznik 1d do SIWZ, pkt 27 tabeli

- Załącznik 1e do SIWZ, pkt 26 tabeli  
„masa urządzenia nie przekraczająca (kg)”
- **prosimy o zmianę maksymalnej, dopuszczalnej masy urządzenia z 500 kg na 640 kg**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany maksymalnej, dopuszczalnej masy urządzenia z 500 kg na 640 kg. W związku z tym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Przedmiotowe wyjaśnienia w treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.***