

Warszawa, dnia 31.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

- spektrofotometr do analizy wody DR6000 UV-VIS szt. 1
(nazwa zamówienia)

Przedmiot zamówienia:

- dostawa spektrofotometru do analizy wody DR6000 UV-VIS szt. 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot – **Spektrofotometr DR6000 UV-VIS**
lub urządzenie równoważne spełniające poniższe wymagania

Umożliwia analizę wody pitnej	
Posiada oprogramowanie do analizy wody pitnej	
Tryb wyświetlacza	Transmisja (%), absorbancja, stężenie
Optyka	Lampa deuterowa (UV), lampa halogenowa (VIS), monochromator Czerny-Turner, detektor fotodiody silikonowej
Zakres długości fal	190–1.100 nm
Dokładność długości fal	±1 nm (200–900 nm)
Powtarzalność długości fal	<0,1 nm
Rozdzielczość długości fali	0,1 nm
Szybkość skanowania	900 nm/min (w przyrostach 1-nm)
Spektralna szerokość pasma	2 nm (1,5–2,9 nm przy 656 nm, 1 nm przy linii D2)
Zakres pomiarów fotometrycznych	±3 Abs (200–900 nm)
Dokładność fotometryczna	5 mAbs przy 0,0–0,5 Abs, <1 % przy 0,5–2,0 Abs przy 546 nm
Liniowość fotometryczna	<0,5 % do 2 Abs, ≤1 % przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm
Światło rozproszone	Stężenie KI przy 220 nm <3,3 Abs / <0,05 %
Dryf fotometryczny	±0,0034 Abs
Długotrwała stabilność	Punkt zero przy 546 nm dla 10 godzin ≤0,0034 Abs
Technologia pomiarowa	Technologia wiązki odniesienia korygująca wpływ starzenia się lamp i wahań napięcia

Moduły	Adapter dla kuwet pomiarowych prostokątnych (10 mm, 20 mm, 50 mm, 1 cal) i okrągłych (1 cal); uchwyt karuzeli dla siedmiu kuwet prostokątnych (10 mm), np. dla enzymologii; Automatyczny moduł przepływowy (Sipper) do kuwet przepływowych
Identyfikacja testów	IBR+ system odczytu kodów kreskowych zapewniający automatyczną identyfikację testów kuwetowych oznaczonych kodem 2D; 10-punktowy pomiar obrotowy z eliminacją błędów
Przechowywanie danych	5.000 wartości pomiarowych, 50 skanów, 50 przebiegów czasu
Programy użytkownika	200
Wymiary/masa	215 × 500 × 460 mm (wys.× szer. × dł.) / 11 kg
Interfejsy	2 × USB typ A, 1 × USB typ B, 1 × Ethernet

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena 100 %

Warunki realizacji:

Bezpłatna dostawa na ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

Odroczony termin płatności faktury (30 dni).

Oferty można:

- 1) przesłać na adres e-mail: pirotechnika@sop.gov.pl w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz. 16:15

Szczegółowych informacji w zakresie merytorycznym dot. przedmiotu zamówienia udzieli: mjr SOP Rafał KOWALCZYK tel.: 22 606 54 77, 601 253 390

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

pplk SOP Grzegorz SAWICKI

.....
podpis Szefa Komórki

