

Warszawa, dnia 03.09.2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia rtg do kontroli bagażu, ręcznego skanera rtg, wykrywacza materiałów wybuchowych, nr sprawy 18/2020/ZP.

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam:

**Pytanie 1:**

*Czy Zamawiający przyjmie urządzenie, którego menu jest w języku angielskim?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza analizator płynów (urządzenie), którego menu jest w języku angielskim. Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 2:**

*Czy Zamawiający uzna urządzenie, które identyfikuje płyny przez szkło przezroczyste, szkło dymione oraz przezroczyste butelki plastikowe PET, a nie identyfikuje przez pozostałe kolory szkieł oraz metal?*

**Odpowiedź:**

Mając na względzie ustawowe zadania SOP w zakresie ochrony osób i obiektów państwowych zasadnym jest aby urządzenie identyfikowało jak największą liczbę

substancji niebezpiecznych (zagrożeń). Urządzenie powinno charakteryzować się jak najszerszym spektrum detekcji. Urządzenie powinno identyfikować pozostałe kolory szkielec oraz metal. Z rozpoznania rynku wynika, iż znajdują się urządzenia, które spełniają oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie. W związku z powyższym urządzenie musi spełniać wymagania zapisane w SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 3:**

*Czy zamawiający uzna urządzenie posiadające certyfikaty IP54 oraz CE, a także ML-STD-81 OG, zamiast nomy typu B STANDARD 3 wymagany przez ECAC?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby urządzenie spełniało normę typu B STANDARD 3 akceptowaną przez ECAC, w związku z realizacją zadań ustawowych SOP oraz miejscem jego wykorzystania. Posiadanie dodatkowych certyfikatów będzie stanowiło atut oferowanego urządzenia przez Wykonawcę. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 4:**

*Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu dostawy maksymalnie do 15 grudnia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 5:**

*Załącznik nr 1d do SIWZ - Pkt. 12 - Nie bardzo rozumiemy jak należy wyliczyć kubaturę urządzenia gdyż kształty tych urządzeń są dosyć skomplikowane. Gdyby wyliczać kubaturę urządzeń z prostego mnożenia wymiarów to dla dostępnych na rynku urządzeń mieści się ona w zakresie pomiędzy 9000 cm<sup>3</sup> a 14000 cm<sup>3</sup>. W tej sytuacji spełnienie wymagania 1500 cm<sup>3</sup> jest niemożliwe. Poza tym dużo większe znaczenie od kubatury ma waga urządzenia. Proponujemy albo usunąć to wymaganie jako niespełnialne albo określić jako np. 15000cm<sup>3</sup>.*

**Pytanie 6:**

*W załączniku nr 1d do SIWZ – Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych ręcznego skanera RTG w pkt. 12 Zamawiający wymaga; Kubatura urządzenia nie większa niż 1500*

cm<sup>3</sup>. Przyjmując, że kubatura urządzenia to wynik iloczynu jego długości, szerokości i wysokości należy wskazać, że aby spełnić wymogi Zamawiającego urządzenie powinno posiadać wymiary w przybliżeniu 12cm x 12 cm x 10 cm, co przy urządzeniach typu „bacskscatter” jest nieosiągalne.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy nie nastąpiła tu omyłka pisarska polegająca na niezamierzonym opuszczeniu jednego „0”, w wyniku czego nastąpiło błędne wpisanie wartości 1500 cm<sup>3</sup> zamiast wartości 15000cm<sup>3</sup>?

**Pytanie 7:**

Załącznik nr 1d do SIWZ pkt. 12- „ Kubatura urządzenia: nie większa niż 1500 cm<sup>3</sup>”. Prosimy o korektę wartości na 15000 cm<sup>3</sup>, gdyż na rynku nie istnieje żadne urządzenie, które spełnia tak opisane wymaganie.

**Odpowiedź do pytania: nr 5, nr 6 i nr 7:**

Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 8-dot. pkt 8 Załącznik nr 1d do SIWZ:**

W ramach ww. postępowania zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów SIWZ, w zakresie Załącznika nr 1d - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych dla przedmiotu przetargu Ręczny skaner RTG w pkt. 8. tabeli, który ma następujące brzmienie: Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawione na ekranie tabletu/laptopa min. 10” współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opc/e ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie.

Zamawiający dokonał zmian zapisów wymagania zawartego w pkt. 8 tabeli pismem z dnia 14.08.2020r. o dodatkowy zapis, który powyżej został wytłuszczony i podkreślony.

Tym samym, Zamawiający w tak opisanym wymaganiu, dopuszcza do zaoferowania tylko i wyłącznie jedno urządzenie będące w ofercie spółki TRANSACTOR SECURITY o nazwie HBI-120. Jednocześnie poprzez wprowadzenie tego zapisu, Zamawiający dopuszcza dowolny rozmiar przekątnej ekranu, dla wersji skanera z wbudowanym ekranem. Zgodnie z posiadają przez nas wiedzą, urządzenie HBI-120 wyposażone jest w ekran wbudowany w skaner, o przekątnej ekranu ok. 5-5,5 cala.

Zatem jeśli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ekranu o przekątnej w ww. zakresie, prosimy o zmianę zapisu w pkt. 8 i umożliwienie dostarczenie także skanera wyposażonego w tablet o przekątnej ekranu 7 cali (a nie 10 cali - jak obecnie zapis ten wskazuje).

Tym samym prosimy o umożliwienie zaoferowania urządzenia, które jest konkurencyjne dla skanera HBI-120. Biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego, aby dokonać

zakupu urządzenia możliwie najtańszego (na co wskazują kryteria oceny ofert w postępowaniu), dopuszczenie więcej niż jednego dostępnego urządzenia na rynku, umożliwi Zamawiającemu zastosowanie niniejszego kryterium oceny ofert.

Proponujemy zapis w pkt. 8 tabeli:

Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawione na ekranie tabletu/laptopa min. 7” współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie min. 5”.

Tylko taki zapis specyfikacji dopuści udział obydwu urządzeń w postępowaniu i zapewni Zamawiającemu otrzymanie dwóch konkurencyjnych ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający ponownie wyjaśnia, że rozmiar ekranu 10” dotyczy tylko tabletu lub laptopa. Zamawiający, z uwagi na wymagane wymiary urządzenia, nie określa wielkości ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie, pozostawiając w tym zakresie dowolność dla Wykonawców przy oferowaniu urządzeń (odpowiedzi udzielono w dniu 21.08.2020r.).

**W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w nw. zakresie:**

#### **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Rozdział XI pkt. 1 i pkt 6 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący terminu składania i otwarcia ofert.

Jest:

„ 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 14.09.2020r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa w dniu 14.09.2020r. godz. 11:00”

Winno być:

„ 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 17.09.2020r. do godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa w dniu 17.09.2020r. godz. 11:00”.

**Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 14 załącznika nr 1b do SIWZ:**

14.	Posiada instrukcję obsługi w języku polskim lub w języku angielskim	✓	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
-----	---	---	---	--

**Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 8 zał. 1d podanego w wyjaśnieniach i zmianie z dnia 21.08.2020 oraz pkt 12 załącznika nr 1d do SIWZ w nw. zakresie:**

8.	Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane na ekranie tabletu/laptopa min. 10" współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie.	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
12.	Kubatura urządzenia	nie większa niż 15000cm <sup>3</sup>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	

**Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 12 załącznika nr 1 g do SIWZ w nw. zakresie:**

12.	Praca bez zastosowania materiałów detekcyjnych np. typu luminol. (wymiana materiału detekcyjnego nie częściej niż raz na 4 lata, niezależnie od ilości przeprowadzonych analiz)	Badania - poz. 10, 13 oraz 14 (dostępny/brak).
-----	---	--

**Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w sekcji: IV.2.2) i IV.2.7)**

W nawiązaniu z pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4a pkt. 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej Ustawą, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w nw. zakresie:

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie**

**Data: 17/09/2020**

**Czas lokalny: 10:00**

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

**Data: 17/09/2020**

**Czas lokalny: 11:00**

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie.